

Polkowice, 04.06.2014 roku

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego: „Sprzedaż, dostawa i montaż nowego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego”

1. Zamawiający w pozycji numer 1 wymaga wirówki stóp i podudzi, jednak wskazuje na ilość dysz powyżej 30, co w tej konfiguracji i pojemności wanny spowoduje bardzo niską efektywność zabiegu terapeutycznego jakim jest kąpiel wirowa. Czy Zamawiający dopuści wannę do masażu wirowego stóp i podudzi z 6 dyszami do hydromasażu, z precyzyjną regulacją kierunku wypływu strumienia wody, które w tej ilości i konfiguracji zapewnią lepsze parametry zabiegowe niż wanna opisana w SIWZ? Urządzenie spełnia pozostałe wymagania specyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Zamawiający w pozycji numer 2 wymaga wirówki kończyn dolnych, jednak wskazuje na ilość dysz powyżej 30, co w tej konfiguracji i pojemności wanny spowoduje bardzo niską efektywność zabiegu terapeutycznego jakim jest kąpiel wirowa. Czy Zamawiający dopuści wannę do masażu wirowego kończyn dolnych i górnych, z 4 dyszami do hydromasażu, z precyzyjną regulacją kierunku wypływu **strumienia wody** i pojemności na poziomie 75l lub 135l w zależności od potrzeb terapeuty, która w tej ilości dysz i ich konfiguracji zapewni lepsze parametry zabiegowe niż wanna opisana w SIWZ? Ponadto urządzenie certyfikowane jest jako wirówka do kończyn dolnych i górnych, co powiększa zakres terapeutyczny wanny. Urządzenie spełnia pozostałe wymagania specyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w pozycji numer 3 dopuści wannę do kąpieli wirowej kończyn dolnych i kręgosłupa z podziałem na większą liczbę sekcji, co stanowi parametr lepszy niż opisany przez Zamawiającego? Proponowana wanna posiada 3 niezależne sekcje dysz.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w pozycji numer 3 dopuści wannę do kąpieli wirowej kończyn dolnych i kręgosłupa o pojemnościach 80/210 litrów.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

lek. Jerzy Łasieński
specjalista rehabilitacji medycznej
i medycyny fizjoterapeutyki
05240078

PREZES ZARZĄDU

Beata Betka