

Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum  
Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.  
Ul. Młyńska 4  
59 – 100 Polkowice  
Tel. 76 7462770  
Fax 76 7462760  
[biuro@aquapark.com.pl](mailto:biuro@aquapark.com.pl)  
[www.aquapark.com.pl](http://www.aquapark.com.pl)

Polkowice, dnia 30.04.2019 r.

**Zaproszenie do złożenia oferty  
w drodze zapytania ofertowego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro.

**Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4  
ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2018  
r. poz. 1986 ze zm.) na realizację zadania pn.:**  
**„Sprzedaż, dostawa i montaż nowego sprzętu rehabilitacyjnego”**

**1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Przedmiot zamówienia dotyczy sprzedaży, dostawy i montażu niżej wymienionych urządzeń medycznych posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty tj. dokumenty dopuszczające wyrób medyczny do obrotu na terytorium RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.):

**1) Wanna do hydroterapii (1 szt.)**

- dotykowy panel sterowania 6'' - 8'' ,
- automatyczny system napełniania,
- ustawianie poziomu napełniania,
- zgar z automatycznym wyłączeniem zabiegu,
- masaż podwodny automatyczny: 28 – 34 dysze,
- system kąpieli perełkowej: powyżej 50 dysz,
- system zabezpieczający przed przelaniem wanny,
- system dezynfekcji chemicznej,
- **system aromaterapii,**
- wymiary: długość: 200 - 214 cm, szerokość: 82- 84 cm, wysokość: 74 - 78 cm,



- podnózek,
- poręcz boczne,
- stopień ułatwiający wchodzenie,
- kolorystyka: środek: granatowy, obudowa: ecru,
- podłączenie elektryczne 230/400V, zabezpieczenie przed zanikiem i zmianą kolejności faz (400V),
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
- zabezpieczenie przed przeciążeniem.

## **2) Wanna do hydroterapii (1 szt.)**

- dotykowy panel sterowania 6'' - 8'',
- automatyczny system napełniania,
- ustawianie poziomu napełniania,
- zgar z automatycznym wyłączeniem zabiegu,
- masaż podwodny automatyczny: 28 – 34 dysze,
- system kąpeli perłkowej: powyżej 50 dysz,
- system zabezpieczający przed przelaniem wanny,
- system dezynfekcji chemicznej,
- wymiary: długość: 200 - 214 cm, szerokość: 82- 84 cm, wysokość: 74 - 78 cm,
- podnózek,
- poręcz boczne,
- stopień ułatwiający wchodzenie,
- kolorystyka: środek: granatowy, obudowa: ecru,
- podłączenie elektryczne 230/400V, zabezpieczenie przed zanikiem i zmianą kolejności faz (400V),
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
- zabezpieczenie przed przeciążeniem.

**Gwarancja na dostarczony sprzęt winna wynosić minimum 24 miesiące od momentu przekazania do użytkowania (po montażu i szkoleniu obsługi).**

Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.



## 2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie winno być zrealizowane w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy.

## 3. PRAWIDŁOWO SPORZĄDZONA OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:

- Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1,
- Podpisany druk oświadczeń – załącznik nr 2,
- Wypełniony formularz „cena i gwarancja oferty” – załącznik nr 3.

Oferty wykonawców nie spełniające ww. wymogów nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny ofert.

## 4. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBÓW DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

Ocena oferty nastąpi na podstawie danych przedstawionych przez Wykonawcę w złożonych formularzach ofertowych:

- Cena brutto oferty – znaczenie 80 %,
- Udzielony okres obowiązywania gwarancji – znaczenie 20 %.

Kryterium	Znaczenie	Stopień spełnienia kryteriów
Cena oferty brutto Cb	80 %	$Cb = \frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena ocenianej oferty}} \times 80 \text{ pkt.}$
Udzielony okres obowiązywania gwarancji Gw	20 %	$Gw = \frac{\text{gwarancja ocenianej oferty}}{\text{najdłuższy okres gwarancji}} \times 20 \text{ pkt.}$

**UWAGA: OFERTA, KTÓRA UZYSKAŁA NAJWIĘKSZĄ SUMĘ ILOŚCI PUNKTÓW, JEST OFERTĄ NAJKORZYSTNIEJSZĄ**

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową za realizację całego zakresu usługi przez cały okres obowiązywania umowy. Cena ofertowa winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

## 5. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć do dnia 10.05.2019 r. do godziny 9:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Młyńskiej 4, 59 – 100 Polkowice w sekretariacie lub przesłać w wymienionym terminie

drogą mailową na adres [biuro@aquapark.com.pl](mailto:biuro@aquapark.com.pl) względnie przesłać faxem na nr 76 746 27 60. Oferty złożone po terminie (liczy się data wpływu oferty do zamawiającego) nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny ofert.

#### **6. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ**

Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą – 60 dni licząc od dnia wyznaczonego do złożenia ofert.

#### **7. NAZWISKA, STANOWISKA SŁUŻBOWE ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z PRACOWNIKIEM ZAMAWIAJĄCEGO:**

Beata Matkowska – Kierownik Przychodni tel. 76/746 27 16.

#### **8. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku braku, co w najmniej jednej ważnie złożonej oferty. Zamawiający będzie uprawniony także do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy wysokość najkorzystniejszej oferty przekroczy wysokość środków, które zamawiający zamierzył przeznaczyć na realizację zamówienia.

#### **9. WYNIK POSTĘPOWANIA**

O wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowaniu Zamawiający niezwłocznie zawiadomi uczestników postępowania.

#### **10. UMOWA**

Po dokonanych wyborze Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w formie pisemnej.

#### **11. PROCEDURA**

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego i nie znajdują do niego zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

PREZES ZARZĄDU  
*Sebastian Sypko*