

L.dz. /2019

Polkowice, 08.05.2019.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego „Sprzedaż, dostawa i montaż nowego sprzętu rehabilitacyjnego”

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści wanny z 26 dyszami do masażu podwodnego. Taka ilość jest wystarczająca do przeprowadzenia hydromasażu w sposób równomierny w całej niecce.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wanny z 26 dyszami do masażu podwodnego jako spełniające wymogi specyfikacji przedmiotu zamówienia w poz. 1) i 2).

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuści wanny o wymiarach 214x85x85 cm? Wanny o takim wymiarze mogą zostać wstawione przez drzwi o szer. 80 cm dzięki możliwości demontażu nóg na czas instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści wanny o wymiarach 214x85x85 cm, jako spełniające wymogi specyfikacji zamówienia w poz. 1) i 2). Ograniczenia w tym przypadku nie stanowi jedynie szerokość otworu drzwiowego, a natomiast maksymalna szerokość wanny po jej montażu, która została podana przez Zamawiającego na 84 cm. Powyższe ograniczenie spowodowane jest szerokością wjazdu do pomieszczenia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wanny o szerokości większej niż wyżej wskazana uniemożliwi wjazd wózków inwalidzkich.

Pytanie nr 3.

Czy zamawiający dopuści wanny z zasilaniem 230V, które jest wystarczające do sprawnego działania wanny, bezpieczniejsze oraz bardziej ekonomiczne.

Odpowiedź: Zamawiający w specyfikacji przedmiotu zamówienia podał parametr zasilania elektrycznego urządzeń 230V/400V. Zatem wanny z zasilaniem 230V spełniają wymogi Zamawiającego.



Pytanie nr 4.

Czy zamawiający dopuści wanny z niecką w kolorze morskim i obudową w kolorze białym? Kolorystyka nie jest parametrem funkcjonalnym i nie powinna być warunkiem dopuszczenia do prowadzonego postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający w specyfikacji przedmiotu zamówienia podał kolorystykę wanien, a jej wybór stanowi nie tylko względy funkcjonalne, ale przede wszystkim użytkowe. Zamawiający może dopuścić kolor morski jako środek wanny, jednak obudowa winna być w kolorze podanym w specyfikacji, tj. ecru.

PREZES ZARZĄDU

Sebastian Sypko